

琼脂糖电泳仪主要技术参数

- 一、 检测项目包括：血清蛋白电泳；血清免疫固定电泳。
- 二、 检测方法：琼脂糖凝胶电泳法。
- 三、 仪器全自动加样，所需样本量不大于 50ul；具备电泳、抗体孵育、染色、扫描等主要功能。
- 四、 血清单克隆蛋白最小检出浓度不大于 10mg/L（灵敏度越高越好）。
- 五、 报告单格式附带原始电泳图谱。